

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号		仕 様 書 番 号
眼底写真撮影装置，散瞳・無散瞳一体型	GM-T106807C	
	作 成	平成18年 7月31日
	変 更	平成23年11月21日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の散瞳・無散瞳一体型カメラについて規定する。

1.2 用語及び定義

用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

薬事法（昭和35年法律第145号）

薬事法施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は，次による。

- “薬事法”によって，医療用具として製造（輸入）承認された製品であるものとする。
- 医療用具として製造（輸入）承認を要しない製品の場合は，“薬事法施行規則”によって，医療用具製造（輸入）品目として許可を得ているもの，又は医療用具製造（輸入）製品届出書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 製品の表示は、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びND S Z 8011による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号を必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者の規定する仕様及び社内規格による標準附属品と標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表（様式適宜） 1部
- c) 納入品カタログ 1部

6.2.2 提出書類

提出書類は、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略できるものとする。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表（様式適宜）			
納入品カタログ			

6.3 搬入調整

搬入調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後速やかに組立て及び調整を行うものとする。

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	GM-T106807C
調達要求年月日	平成 年 月 日	作成年月日	平成23年11月21日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
散瞳・無散瞳一体型カメラ	(株) トプコン TRC-NW7SF MARK II 興和(株) VX-20 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

番号	名称	数量 ^{a)}	規格等	
			(株)トプコン	興和(株)
1	眼底カメラ(本体)	1	TRC-NW7SF	VX-20
2	電動光学台	1	KOS-3-M	KY450
3	液晶モニタ	1	LMD-1530MD	—
4	画像ファイリングシステム	1	IMAGEnetR4	VK-2
5	デジタルカラープリンター	1	UP-D25MD	UP-D25MD
6	PC用ラック	1	IR-S1	—
7	ケーブル一式	1	BNC-BNC	—
注^{a)} 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。				

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 型式は、散瞳・無散瞳一体型の眼底カメラとする。
- b) 撮影の種類は、カラー撮影、蛍光撮影及び無赤色撮影が選択できるものとする。
- c) 撮影角度は、50°、45°及び30°を含む3種類以上が選択できるものとする。
- d) 作動距離は、41mm以内とする。
- e) ピント合わせは、スプリット輝線方式とする。
- f) 内部固視灯は、中心部以外に周辺部8点を選択できるものとする。
- g) 外部固視灯は、3関節あり、先端が点滅するものとする。
- h) スイングは、左右30°以上とし、ティルトは、上15°以上、下10°以上とする。
- i) 観察モニタは、6.0型以上のタッチパネル液晶モニタとする。
- j) 撮影した眼底画像は、全て画像ファイリングシステムによって、患者ごとに保存・管理ができるものとする。

調達品目表（続き）

k) 視度補正範囲は、次による。

- 1) 補正レンズなし $-1.2\text{ D} \sim +1.2\text{ D}$ の範囲以上
- 2) マイナス補正 $-3.2\text{ D} \sim -1.2\text{ D}$ の範囲以上
- 3) プラス補正 $+1.0\text{ D} \sim +3.5\text{ D}$ の範囲以上